

# Przenośny fotometr do chloru i kwasu cyjanurowego Pooltest 3



Walizka « Pooltest 3 »

#### Zawartość zestawu :

- Urządzenie Pooltest 3
  - Instrukcja obsługi
  - 4 mieszadła
  - 1 szczotka
  - 4 próbówki
  - 100 odczynników testowych DPD 1
  - 100 odczynników testowych DPD 3
  - 100 odczynników testowych pH (fenol)
  - 100 odczynników testowych kwasu cyjanurowego
- Szytwa walizka  
Uwaga :  
DPD 4 otrzymuje się pod dodaniem DPD 1 oraz DPD 3

- Do basenów
- Zakresy pomiaru :  
Chlor od 0,01 do 5 oraz 10 mg/l  
Kwas cyjanurowy od 2 do 200 mg/l  
pH od 6,5 do 8,4
- Dostarczany gotowy do pracy

#### ZASTOSOWANIE

Pomiar stężenia chloru, pH oraz kwasu cyjanurowego.

#### OPIS

Pooltest 3 umożliwia cyfrowy odczyt 3 głównych parametrów w celu kontroli dezynfekcji basenów : chloru, pH oraz kwasu cyjanurowego.

Cechy :

- Analiza kolorymetryczna z szybkim i dokładnym pomiarem
- Wodoszczelny z dużym podświetlanym ekranem LCD
- Ułatwione przełączanie za pomocą 4 przycisków

Występuje w różnych twardych skrzynkach, zawiera elementy niezbędne do natychmiastowego rozpoczęcia testów. Pooltest 3 jest dostępny do testowania chloru w standardowym zakresie (0-5 ppm) lub rozszerzonym (0-10 ppm).

#### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

|                   |  |
|-------------------|--|
| Rodzaj urządzenia | Kolorymetr z podwójnym źródłem światła oferującym bezpośredni odczyt testów.   |
| Zakresy           | Chlor 0 - 5 ppm (zakres standardowy), Chlor 0 - 10 ppm (zakres rozszerzony), pH 6,5 - 8,4, Kwas cyjanurowy 2 - 200 ppm |
| Długości fal      | 530 i 575 nm (± 2 nm)  |
| Dokładność        | ± 1 %  |
| Wyświetlacz       | LCD 128 x 64 pikseli, podświetlany   |
| Interfejs         | Cztery przyciski funkcji   |
| Pamięć            | 10 ostatnich pomiarów  |
| Temp. pracy       | 1...50 °C  |
| Stopień ochrony   | IP67   |
| Zasilanie         | 2 baterie 1,5 V typu AA (w cenie)  |
| Wymiary - Waga    | 150 x 65 x 40 mm - 200 g   |

#### KODY I REFERENCJE

| Kod                      | Referencje | Opis   |
|--------------------------|------------|--|
| 190 820                  | SPH 003 D  | Szytwa walizka Pooltest 3 (0 - 5 mg/l)       |
| 190 xxx                  | SPH 003 X  | Szytwa walizka Pooltest 3 (0 - 10 mg/l)      |
| Materiały eksploatacyjne |            |  |
| 190 821                  | AP011      | 250 testów DPD1 (0 - 5 m/l)                  |
| 190 822                  | AP013      | 250 testów DPD1 XF (0 - 10 mg/l)             |
| 190 823                  | AP041      | 250 testów DPD4 (0 - 5 mg/l)                 |
| 190 824                  | AP087      | 250 testów kwasu cyjanurowego (0 - 200 mg/l) |
| 190 825                  | AP030      | 250 testów pH 6,5...8,4 (fenol)              |

## BAMOPOLSKA

ul. Obywatelska 128/152/8 · 94-104 Łódź  
Nr tel. +48 42 236 70 09 [www.bamopolska.pl](http://www.bamopolska.pl)  
info@bamopolska.pl

Przenośny fotometr do chloru  
i kwasu cyjanurowego  
**Pooltest 3**

13-08-2020

D-190.10-PL-AC

CL

190-10/1